

**ІНФОРМАЦІЯ за процедурою закупівлі відповідно до вимог
ПКМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»**

з/п	Найменування предмета закупівлі	Номер закупівлі у електронній системі закупівель	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення
1.	ДК 021:2015 код 98110000-7 Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій (Проведення калібрування, повірки засобів вимірювальної техніки за кодом "L" із застосуванням відповідних еталонів)	UA-2021-02-16-003011-с	Відповідно до ч.1 ст.17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту». Законодавчо регульовані ЗВТ, що зазначені в «Графіку проведення періодичної повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки на 2021 рік» належать відділу технічного контролю. Зазначені ЗВТ включені до постанови Кабінету Міністрів України №374 від 04.06.2015 «Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці» й відповідно до ст.3 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» належать до сфери законодавчо регульованої метрології та підлягають періодичній повірці. Ультразвукові дефектоскопи використовуються для неруйнівного контролю дефектів зварних з'єднань. Відповідно до ч.1 ст.27 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Калібруванню в добровільному порядку можуть підлягати засоби вимірювальної	Очікувана вартість предмета закупівлі – 10 924,46 грн.; визначалася згідно «Порядку оплати робіт з проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та визначення вартості таких робіт» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р №865. Розмір бюджетного призначення відповідно до «Плану використання бюджетних коштів»

			техніки, які застосовуються у сфері та/або поза сферою законодавчо регульованої метрології. Калібруванню також підлягають вторинні та робочі еталони». ЗВТ, що зазначені в «Графіку калібрування засобів вимірювальної техніки та еталонів згідно до ДСТУ ISO/IEC 17025 в 2021 році» підлягають калібруванню, бо відносяться до робочих еталонів підприємства.	
--	--	--	--	--